ИЗВЕЩЕНИЕ
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора

(для подготовки и проведения открытого аукциона в электронной форме
на право заключения Гражданско-правового договора
на поставку Комплекта оборудования для подготовки проб к определению содержания тяжелых металлов и токсичных элементов в пищевых продуктах)

1. В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит организации, занимающиеся поставками приборов и оборудования дать свои ценовые предложения на поставку Комплекта оборудования для подготовки проб к определению содержания тяжелых металлов и токсичных элементов в пищевых продуктах (далее – Комплект оборудования).

2. Технические характеристики поставляемого Комплекта оборудования:

2.1. Комплектация Оборудования приведена в Таблице 1.

№ п/п	Наименование составных частей Комплекта оборудования и расходных материалов	Ед. изм.	Кол-во
1	Комплект оборудования для подготовки проб к определению содержания тяжелых металлов и токсичных элементов в пищевых продуктах*	Комп-лект	1
	В состав Комплекта оборудования должны входить:		
1.1	Лабораторная микроволновая система MARS 6 *или эквивалент*	шт.	1
1.2	Система контроля температуры Xpress с 2 ИК-датчиками для измерения температуры всех сосудов *или эквивалент*	шт.	1
1.3	Стартовый набор сосудов XpressPlus 100 мл, из тефлона TFM (24 шт.), включая карусель на 24 сосуда *или эквивалент*	шт.	1
1.4	Ключ для закрывания сосудов XpressPlus *или эквивалент*	шт.	1
1.5	Набор заменяемых частей сосуда XpressPlus (внутренний стакан, крышка и пробка) *или эквивалент*	шт.	1

* Классификация товара по ОКДП:
- класс 3310000 «Аппаратура медицинская, средства измерений»,
- подклассы 3315000 Приборы для научных исследований,
- раздел 3315010 Приборы для научных исследований [3315100] - [3315611],
- 3315519 Приборы прочие.

2.2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики Комплекта оборудования:

- мощность лабораторной микроволновой системы нагрева должна быть не менее 1800 Вт, с дополнительными более низкими уровнями с плавным изменением мощности и подавлением пульсации на каждом уровне для обеспечения воспроизводимости условий разложения и оптимизации мощности нагрева в зависимости от количества установленных сосудов;

- давление в рабочей камере должно быть, при необходимости, не менее 1500 psi (103 бар), температура – не менее 310 ^{o} С, контроль за температурой должен осуществляться с помощью ИК-датчика, дополнительно (совместно) – с помощью оптоволоконного датчика;

- режим подачи и регулирования энергии должен быть непрерывный, обеспечивающий наиболее высокую стабильность температуры реакционной смеси (пульсирующий – не допускается);

- встроенная система управления должна быть установлена на базе компьютерного контроллера с сенсорным экраном с экраном не менее 7 дюймов и графическим интерфейсом, не требующая внешнего компьютера или иного внешнего терминала для рутинной работы;

- программирование параметров метода разложения должно быть доступно как в классическом режиме (ввод всех параметров вручную), так и в упрощенном режиме загрузки метода из встроенной библиотеки путем выбора только типа образца, а библиотека должна включать не менее 70 методов для большинства типов образцов с возможностью дальнейших обновлений;

- *должна иметься возможность:*

постоянного контроля температуры реакционной смеси во всех сосудах для обеспечения безопасности и воспроизводимости условий подготовки проб;

регулировки подачи энергии посредством электронной обратной связи между датчиками температуры и магнетроном;

контроля температуры только в одном сосуде не допускается;

- дверь рабочей камеры лабораторной микроволновой системы должна открываться вбок (не вниз и не вверх), не перекрывая рабочее фронтальное пространство, для наиболее удобного доступа к внутреннему рабочему объему;

- в целях обеспечения безопасности микроволновая система должна быть оснащена системой защитных блокировок и непрерывного контроля процесса с возможностью автоматического отключения нагрева в случае неплотного закрытия двери рабочей камеры или сбоя в работе;

- для обработки полученных данных должны быть предусмотрены видеокамера внутри рабочей камеры, не менее 2 (Двух) процессоров с операционной системой Linux *(или эквивалент)* и памятью не менее 8 Гб, встроенный принтер;

- в дополнение к ИК-датчикам для измерения температуры дна каждого из установленных сосудов должны быть предусмотрены также с датчики для определения типа и количества установленных в рабочую камеру сосудов;

- внутренний стакан рабочей камеры должен быть из тефлона TFM *или эквивалент.*

2.3. Требования к общим техническим характеристикам Комплекта оборудования

1) Основные технические характеристики:

- установленная (максимальная) мощность Комплекта оборудования не должна превышать 3,5 кВт;
- тип электрозащиты IP 54;
- Комплект оборудования должен быть по длине, ширине и высоте, соответственно, не более 790x580x740 мм;

- вес Комплекта оборудования - не более 135 кг;

2) Все системы наружного подключения электропитания Комплекта оборудования должны быть выполнены в соответствии с европейскими стандартами и иметь следующие характеристики: 220 В +-10 %, 1 фаза, N, PE, 50 Гц.

3. Запчасти и расходные материалы к Комплекту оборудования, поставленные из-за границы, должны пройти таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с доставкой Комплекта Заказчику, включая таможенное оформление и любые сборы для импорта в РФ.

4. Поставщик должен предоставить Заказчику вместе с поставляемым Комплектом оборудования следующие документы: документ, подтверждающий страну происхождения Комплекта оборудования, товарно-транспортную (товарную) накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную декларацию, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт (при наличии), инструкции по эксплуатации Комплекта оборудования на русском языке, гарантийный талон, другую необходимую документацию.

5. Место поставки Комплекта оборудования**:**

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, Лаборатория научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований (4-й этаж дома 26).

6. Цена поставки Комплекта оборудования:

Цена поставки определяется на условиях DDP Россия, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с «ИНКОТЕРМС-2000» и должна включать все расходы, связанные с поставкой Комплекта оборудования, в том числе его стоимость, упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку Заказчику, разгрузку на месте установки, транспортные расходы, установку и ввод в эксплуатацию, ознакомительный инструктаж специалистов Заказчика на поставленном Комплекте оборудования, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

7. Сроки поставки Комплекта оборудования**:** не более 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Договора.

8. Расчет за поставку Комплекта оборудования производится Заказчиком на следующих условиях:

Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Поставка осуществляется без авансирования;

Окончательный расчет в размере 100 % цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Комплекта оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи.

Заказчик имеет право производить оплату в рассрочку в зависимости от получения денежных средств (субсидий) из Федерального бюджета.

9. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Комплекта оборудования, его упаковкой, погрузкой, оплатой таможенных процедур, установкой и вводом в эксплуатацию, осуществлением ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика на поставленном Комплектом оборудования, а также расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей.

10. Предложения о цене поставки Комплекта оборудования на условиях, указанных в пунктах 2-9 настоящего Извещения, необходимо направлять **в срок до 28.09.2012 г.** на факс. (495) 676-95-51, по электронной почте на адреса: vniimp-torgi@yandex.ru или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов

00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут).

11. Телефоны для справок: (495)676-96-87, (495) 676-60-91.

Заместитель директора ГНУ ВНИИМП
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии И.М. Чернуха